



PRO DENTAL

GABINETY STOMATOLOGICZNE

## ZALECENIA DLA PACJENTA W TRAKCIE LECZENIA PRZEZROCZYSTYMI NAKŁADKAMI ORMCO SPARK CLEAR ALIGNER

System Ormco SPARK Clear Aligner składa się z zestawu indywidualnie zaprojektowanych i wykonanych nakładek ortodontycznych z przezroczystego tworzywa, które podczas leczenia delikatnie, w małych odstępach zmieniają pozycję zębów pacjenta, korygując ich ustawienie.

### SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nakładki SPARK są wykonywane indywidualnie dla pacjenta i przeznaczone wyłącznie do użytku osoby, dla której zostały zaprojektowane i wykonane.
2. Nowe nakładki przed założeniem wypłukać w bieżącej wodzie.
3. Nakładki należy zdejmować na czas spożywania posiłków.
4. Po każdym posiłku, przed ponownym założeniem nakładek zęby powinny być wyszczotkowane. W przypadku braku możliwości wyszczotkowania zębów, należy przepłukać usta, a następnie umyć nakładki pod bieżącą wodą.
5. Nakładki należy czyścić po każdym użyciu zwilżoną wodą szczoteczką z miękkim włosiem i niewielką ilością pasty do zębów, następnie dokładnie opłukać. Jeżeli nie ma możliwości dokładnego umycia nakładek, należy przynajmniej wypłukać je pod bieżącą wodą.
6. Do czyszczenia nakładek nie stosować środków czyszczących do protez, nie moczyć w płynie do płukania jamy ustnej. Produkty te mogą uszkodzić powierzchnię nakładek, powodując ich zmatowienie i tym samym utratę ich przejrzystości.
7. Każdy zestaw nakładek wymieniać co 7-10 dni użytkowania przez 20-22 godzin dziennie.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Nakładek nie należy poddawać działaniu gorącej wody ani silnych środków chemicznych.
2. Nakładki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt domowych.
3. Nakładki należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

#### KIEDY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ WCZEŚNIEJ Z GABINETEM?

- w razie problemów z użytkowaniem nakładek
- w przypadku zgubienia nakładek lub utraty attachmentów (zaczepów klejonych do powierzchni zębów)